

质控报告

检测项目	S-腺苷甲硫氨酸(SAM)	检测日期	2026. 4. 28
灵敏度	1. 25 pg/ml	相关性	0. 9986
批间差	8. 5%	批内差	6. 3%
回收率	90. 4% (80%–115%)	特异性	98. 6% (大于 96%)
检测范围	5 pg/ml – 400 pg/ml		

