

质控报告

检测项目	5-甲氧基色氨酸 (5-MTP)	检测日期	2026. 4. 24
灵敏度	1 ng/L	相关性	0. 9988
批间差	8. 5%	批内差	6. 7%
回收率	90. 3% (80%–115%)	特异性	98. 4% (大于 96%)
检测范围	4 ng/L – 220 ng/L		

