

质控报告

检测项目	三甲胺(TMA)	检测日期	2026. 5. 13
灵敏度	7. 5 ng/ml	相关性	0. 9983
批间差	8. 6%	批内差	6. 4%
回收率	90. 3% (80%–115%)	特异性	98. 5% (大于 96%)
检测范围	30 ng/ml – 1500 ng/ml		

